

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**  
**názov predmetu zákazky: Laboratórne prístrojové vybavenie**  
**3.časť predmetu zákazky: "BOX"**

<b>Uchádzač:</b>	
Názov:	
Sídlo:	
IČO:	
Kontaktná osoba (email., tel.):	

<b>Verejný obstarávateľ:</b>	
Názov:	Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Sídlo:	Nemocničná 18, 077 01Kráľovský Chlmec
IČO:	45737967
DIČ:	2023441673
IČ DPH:	SK 2023441673
<b>Obchodné meno výrobcu prístroja/zariadenia:</b>	
<b>Typové označenie prístroja/zariadenia:</b>	

Minimálne technické parametre, výkonové a funkčné požiadavky		Požadovaná hodnota	Uviest' áno/nie, v prípade číselnej hodnoty presný parameter
<b>bezpečnostný biologický box II. triedy, typ A2, s vertikálnym prúdením vzduchu zabezpečujúci ochranu spracovávaného produktu pred bakteriologickou alebo časticovou kontamináciou z vonkajšieho prostredia - v počte 2 ks</b>			
1	rozmery pracovného prostredia:	x	x
	šírka	rozmedzie: 1240 mm - 1490 mm	
	hlĺbka	rozmedzie: 610 mm - 710 mm	
	výška	rozmedzie: 560 mm - 700 mm	
2	výškovo nastaviteľný podstavec s odkladacou policou (min. 1 polica)	áno	
3	odvod odsávaného vzduchu z pracovného priestoru	späť do miestnosti	
4	trieda čistoty pracovného priestoru: A SL1 EU Guide - GMP /STN EN ISO 14644-1, ISO CLASS 3	áno	
5	sklá - mechanicky otvárateľné vysúvaním, bezpečnostné o hrúbke min. 6mm, s antibakteriálnou úpravou	áno	
6	Integrovaný UV žiarič (IP65) umiestnený mimo zorného uhla, ochrana proti zapnutiu UV žiariča pri otvorenom čelnom skle,	áno	
7	LED osvetlenie s reguláciou jeho intenzity vo farbe biela - denné svetlo	áno	
8	vybavenie - el. zásuvka 230V (IP55) v pracovnom priestore	min. 2	
9	prúdový chránič pre vyššiu el. bezpečnosť	áno	
10	príprava médií - predpríprava na prívod - voda, plyn	áno	
11	filter zariadenia - hlavný filter ULPA filter v triede U15 s účinnosťou min. 99,9995% pre častice o veľkosti min. 0,3µm na vstupe a výstupe	áno	
12	prítlačný systém pre tesnosť hlavných filtrov	áno	
13	predfilter triedy G4 ľahko meniteľný	áno	
14	ovládanie boxu - manuálne prostredníctvom "antivandal" vypínačov	áno	
15	LCD plnefarebný dotykový display pre zobrazovanie údajov	áno	
16	dva pracovné režimy - úsporný a prevádzkový	áno	
17	funkcia upozornenia na končiacu životnosť hlavných filtrov a UV žiariča	áno	
18	funkcia pripomenutia potreby výmeny predfiltera	áno	
19	ventilátor /vstupný/nasávací pre vytvorenie asepticky čistého prostredia v pracovnom priestore	áno	
<b>Služby spojené s dodaním predmetu zákazky</b>			
20	Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy (min. pre 1 osobu verejného obstarávateľa min. 60 min.)	áno	

v....., dňa .....

podpis oprávnenej osoby za uchádzača