

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
názov predmetu zákazky: Laboratórne prístrojové vybavenie
2. časť predmetu zákazky: "CENTRIFÚGA"

Uchádzač:	
Názov:	
Sídlo:	
IČO:	
Kontaktná osoba (email., tel.):	

Verejný obstarávateľ:	
Názov:	Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Sídlo:	Nemocničná 18, 077 01Kráľovský Chlmec
IČO:	45737967
DIČ:	2023441673
IČ DPH:	SK 2023441673
Obchodné meno výrobcu prístroja:	
Typové označenie prístroja:	

Minimálne technické parametre, výkonové a funkčné požiadavky	Požadovaná hodnota	Uviest' áno/nie, v prípade číselnej hodnoty presný parameter
prístroj na odstreďovanie biologického materiálu pri izoláciách ako prípravný proces pred spracovaním vzorky - v počte 1 ks		
1	teplotný rozsah	rozpätie -20 až + 40°C
2	maximálne otáčky	rozpätie 17 000 - 18 000 ot/min.
3	maximálna rýchlosť (RCF)	rozpätie 30 000 - 32 000
4	možnosť výmeny rotora na centrifugáciu skúmaviek s objemom	rozpätie 0,2 - 50 ml
5	rotor s počtom min. 48 skúmaviek (s krytom proti úniku biologického materiálu) o objeme	min. 2 ml
6	pamäť	min. 10 programov
7	automatické rozpoznávanie rotora	áno
8	vnútorná komora z nehrdzavejúcej ocele	áno
9	automatické uzamykanie krytu centrifúgy	áno
10	ochrana prehriatia motora	áno
11	ochrana prehriatia vnútornej komory	áno
12	automatické vypnutie pri nevyváženom rotore	áno
Služby spojené s dodaním predmetu zákazky		
13	Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy (min. pre 1 osobu verejného obstarávateľa)	áno

v....., dňa

podpis oprávnenej osoby za uchádzača